

<別紙> コバス AmpliPrep
冷却ユニットの性能劣化に関わる温度制御異常アラーム

アラームコード

AP00050137 Cassette temperature out of range

内容 試薬カセットの温度が許容範囲外です。

処置 クーリングユニットをチェックしてください。

AP00060137 Cassette temperature out of range

内容 試薬カセットの温度が許容範囲外です。

処置 クーリングユニットをチェックしてください。